



Liebherr Gerät LKexv 3910



Gradient $H\theta$: **2.8 K** (+1.2 K / -1.6 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **3.4 K**

Liebherr Gerät LGex 3410



Gradient $H\theta$: **2.9 K** (+1.4 K / -1.5 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **0.40 K**