



Liebherr Gerät LGPv 6520



Gradient $H\theta$: **3.0K** (+1.75 K / -1.25 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **3.6K**

Liebherr Gerät LGPv 1420



Gradient $H\theta$: **3.5K** (+1.5 K / -2.0 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **3.9K**

*Die NF X Messungen des LKPx 8420 und LGPv 8420 folgen im Dezember 2011.