



Liebherr Gerät LKUexv 1610



Gradient $H\theta$: **4.1 K** (+1.6 K / –2.5 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **3.0 K**

Liebherr Gerät LGUex 1500



Gradient $H\theta$: **5.7 K** (+2.1 K / –3.6 K Abweichung von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: **0.80 K**